

Số: 39/TB-KSBT

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2024

V/v Mời chào giá Hệ thống nội soi dạ
dày, Máy đo thị trường tự động

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/các Công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua Hệ thống nội soi dạ dày, Máy đo thị trường tự động phục vụ nhu cầu chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 02273.640.026, email: hdms.cdctb@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 10, đường Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Nhận qua email: hdms.cdctb@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 11/4/2024 đến trước 17h ngày 22/4/2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22/4/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (đính kèm tại phụ lục 01)

Đơn vị có thể chào 1 danh mục hoặc toàn bộ danh mục theo khả năng cung cấp của đơn vị.

2. Địa điểm cung cấp: Giá báo trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, chi phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên thương thảo thống nhất thực hiện hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị gửi bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐMS.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn thom

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HÓA
 (Kèm theo thông báo số 39/TB-KSĐT ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình)



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống nội soi dạ dày	<p>CẤU HÌNH THIẾT BỊ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng - Màn hình Full HD 21 inch - Ống nội soi dạ dày video kèm phụ kiện tiêu chuẩn - Dụng cụ kiểm tra rò rỉ - Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (20 chiếc / hộp) - Xe đẩy hệ thống - Hệ thống in trả kết quả, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + 01 Máy tính + 01 Màn hình LCD + 01 Máy in màu Laser thông dụng - Máy hút dịch 2 bình <p>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</p> <p>1. Bộ xử lý</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED - Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV - Có chức năng quan sát ở bước sóng ở dải băng hẹp (Narrow Band Imaging – NBI) . - Chức năng dừng hình ảnh trước (pre-freeze) tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập. - Có hai loại tăng cường cấu trúc A và B: <ul style="list-style-type: none"> + Loại A để quan sát các cấu trúc niêm mạc lớn với độ tương phản cao ở đường tiêu hóa dưới + Loại B để quan sát các mao mạch ở đường tiêu hóa trên. - Tín hiệu đầu ra tương thích với : Analog HDTV, Analog SDTV, HD-SDI, SD-SDI - Điều chỉnh tổng màu: • Đỏ: 8 bước • Xanh: 8 bước • Chroma: 8 bước - Khuếch đại ánh sáng tự động: Hình ảnh được phóng đại điện tử khi ánh sáng không đủ do ống soi ở cách xa vật quan sát - Độ tương phản: <ul style="list-style-type: none"> + Bình thường: Hình ảnh bình thường + Cao: Vùng tối sẽ tối hơn và vùng sáng sẽ sáng hơn so với hình ảnh bình thường. +Thấp: Vùng tối sẽ sáng hơn và vùng sáng sẽ tối hơn hình ảnh bình thường - Có chế độ giảm nhiễu hình ảnh. - Chế độ hiệu chỉnh ánh sáng tự động (Iris) có thể được lựa chọn bằng cách sử dụng nút “iris mode” trên mặt trước của bộ xử lý - Việc tăng cường cấu trúc hình ảnh hay tăng cường độ góc cạnh của hình 	Hệ thống	01



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>ảnh có thể được lựa chọn theo cài đặt của người sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tăng cường cấu trúc: Tăng cường độ tương phản các mẫu nhỏ trong hình ảnh + Tăng cường góc cạnh: Tăng cường các góc cạnh của hình ảnh nội soi. - Kích thước hình ảnh nội soi có thể thay đổi được. - Có thể hiển thị các thông tin của bệnh nhân, trạng thái lưu trữ thông tin, thông tin của hình ảnh - Điện áp: 100-240 VAC /220-240 VAC; 50/60 Hz <p>2. Màn hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình y tế: a-Si TFT Active Matrix LCD - Màn hình y tế 21.5 inch Full HD - Kích cỡ ảnh (ngang x dọc): 477 x 268 mm - Độ phân giải: 1920 x 1080 pixels - Tỷ lệ màn hình: 16:9 - Màu: khoảng 16.7 triệu màu - Góc nhìn: 170 độ/160 độ (ngang/dọc) - Tín hiệu đầu vào ra tương thích với Composite, RGB, Component, HDMI - Nguồn điện: 100 V – 240 V, 50-60 Hz <p>3. Ống nội soi dạ dày video</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV - Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI giúp quan sát các cấu trúc khác nhau trên bề mặt niêm mạc, qua đó giúp phát hiện các khu vực khả nghi. - Chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc đến 2mm. - Trường nhìn: 140° - Hướng nhìn thẳng - Độ sâu trường nhìn: 2-100 mm - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.2 mm - Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.2 mm - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: 2.8 mm - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi - Đầu cuối ống soi gồm 5 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ - Độ uốn cong của đầu ống soi: <ul style="list-style-type: none"> + Hướng lên: 210° + Hướng xuống: 90° + Hướng phải: 100° + Hướng trái: 100° - Chiều dài làm việc: 1030 mm 		

TIN
NG
M S
NH
HAI

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài tổng: 1350 mm 4. Dụng cụ kiểm tra rò rỉ - Tương thích với các ống soi trên, dùng để kiểm tra rò rỉ 5. Kim sinh thiết dạ dày dùng 1 lần - Kim sinh thiết dạ dày dùng 1 lần, hàm hình oval, có mở lỗ, chiều dài làm việc 1550mm - Kim sinh thiết đại tràng dùng 1 lần, hàm hình oval, có kim đâm, có mở lỗ, chiều dài làm việc 2300mm 6. Xe đẩy hệ thống - Kiểu dáng, cấu trúc phù hợp với hệ thống - Có giá treo màn hình, tai treo ống soi - Bánh xe đa hướng, có phanh hãm 7. Hệ thống in trả kết quả - Máy tính: cấu hình tối thiểu như sau: + Bộ vi xử lý core i3 \geq 2.6 GHz; RAM \geq 4 GB, + Ổ cứng SSD lưu trữ \geq 250 GB, màn hình LCD \geq 21"; + Chuột, bàn phím đi kèm - Máy in màu Laser thông dụng, 8. Máy hút dịch 2 bình - Loại bơm pittông không dầu - Chân không tối đa: - 0.90 Bar - Có thể điều chỉnh: - 90 kPa - Áp suất: 675 mmHg - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/phút - Mức nhiễu ồn: 51,7 dB 		
2	Máy đo thị trường tự động	<p>CÁU HÌNH THIẾT BỊ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 chiếc - Thiết bị tương tác bệnh nhân: 01 chiếc - Cáp USB: 01 chiếc - Dây điện nguồn: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Bộ máy tính, máy in laser (không yêu cầu xuất xứ): 01 bộ - Chân bàn hoặc giá đỡ điều khiển lên xuống bằng động cơ điện: 01 chiếc <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu kích thích: Đèn chiếu 	Hệ thống/Bộ	01

AM
DÁT
AT
INH

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình kích thích: Mặt cong - Phương thức phát hiện: Thị trường tĩnh và thị trường động - Góc phát hiện: 0 – 90o - Cường độ sáng: 0 – 51db - Khoảng cách kiểm tra: 300mm - Màu kích thích: Đỏ, xanh dương, trắng - Cường độ sáng kích thích: 0asb – 10000asb - Ánh sáng nền: Trắng (31.5asb), vàng (315asb) - Thời gian hiển thị kích thích: Phù hợp với bệnh nhân, tiêu chuẩn, chậm, tùy chọn - Đo kích thước đồng tử: Tự động - Theo dõi chuyển động của đầu: Theo dõi vị trí mắt và tự động điều chỉnh - Đo ánh sáng: Tự động đo và điều chỉnh - Kích thước kích thích: I, II, III, IV, V - Chiến lược phát hiện: Ngưỡng toàn bộ, ngưỡng nhanh, tùy chọn, định lượng tổn thương, động thông minh, động nhanh thông minh - Chế độ ngưỡng: Liên quan đến tuổi, liên quan tới ngưỡng, đơn - Thị trường tĩnh + Chế độ ngưỡng: Trung tâm 10-2, trung tâm 24-2, trung tâm 30-2, trung tâm 60-4, phía mũi, hoàng điểm + Bài kiểm tra đặc biệt: Trung tâm 40, trung tâm 64, trung tâm 76, trung tâm 80, chu biên 60, mũi, Armaly toàn thị trường, full field 81, full field 120, full field 35, full field 246, Trên 36, trên 64, Esterman 1 mắt, esterman 2 mắt - Thị trường động + Chương trình động: Quy trình thủ công, quy trình chuẩn (chuẩn 45, chuẩn 30, phân giải cao 15), bản đồ điểm cố định, bản đồ điểm tối, bản đồ điểm mù, quét tùy chọn, chương trình động tùy chỉnh + Thông số kích thích: Có thể điều chỉnh (tốc độ 1-9/s, kích thước kích thích, cường độ, phạm vi kiểm tra...) - Theo dõi cố định: Theo dõi theo thời gian thực, điểm mù, theo dõi mắt, báo động mắt không đúng vị trí - Phần mềm: Phân tích đáng tin cậy, phân tích thị trường đơn, báo cáo phân tích thị trường nói chung, phân tích GHT, GPA - Báo cáo: Biểu đồ giá trị, biểu đồ thang xám, biểu đồ theo db, biểu đồ độ lệch 		
Cộng: 02 danh mục				





Kèm theo thông báo số 39 /TB-KSBT ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình)

TÊN CÔNG TY:
Số:.....

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, chúng tôi ...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1												
2												
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.