

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH  
TRUNG TÂM  
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /TB-KSBT  
V/v Mời chào giá máy xét nghiệm  
Phân tích nước tiểu

Thái Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2025

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các đơn vị/ các Công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế máy phân tích nước tiểu với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.  
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 02273.640.026, email: [hdms.cdctb@gmail.com](mailto:hdms.cdctb@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Tông Quai, Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Nhận qua email: [hdms.cdctb@gmail.com](mailto:hdms.cdctb@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 18/3/2025 đến trước 17h ngày 28/3/2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28/3/2025.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục các mặt hàng mời chào giá: (đính kèm tại phụ lục 1)

- Cách thức chào: Chào trọn gói toàn bộ danh mục.

2. Địa điểm cung cấp: Giá báo trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao nhận mẫu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, chi phí, lệ phí khác.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: năm 2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên thương thảo thống nhất thực hiện hợp đồng.


5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị gửi bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, HDMS.



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Chôm





## PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thông báo số 19/TB-KSĐT ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình)

TT	Tên Trang thiết bị	Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số Kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	<b>MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU</b>	<p><b>Cấu hình thiết bị bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính;</li><li>- Khay đựng mẫu: 01 chiếc</li><li>- Bộ nguồn: 01 bộ</li><li>- Que thử 10 thông số : 01 hộp (100 test)</li><li>- Giấy in nhiệt: 01 cuộn</li><li>- Sách hướng dẫn sử dụng Anh+ Việt: 01 bộ</li></ul> <p>Yêu cầu chung: Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Yêu cầu chất lượng: Mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở đi</p> <p>Nước sản xuất: Thuộc nhóm G7.</p> <p><b>Thông số kỹ thuật chính</b></p> <p>Khả năng thực hiện tối thiểu các xét nghiệm: Glucose; pH; Protein; Máu (hồng cầu); Ketones; Nitrite; Bilirubin; Urobilinogen; Specific gravity; Bạch cầu; tỷ lệ Albumin/Creatinine, HCG</p> <p>Tốc độ xét nghiệm : kết quả sau 1 phút</p> <p>Màn hình cảm ứng</p> <p>Nhập dữ liệu trực tiếp từ màn hình</p> <p>Kiểm tra tự động: nhận diện que thử và kiểm tra độ ẩm với chỉ số Leukocyte</p> <p>Hiện thị đồng hồ đếm ngược trên màn hình thời gian phân tích mẫu</p> <p>Kết quả tự động in và hiển thị trên màn hình sau khi phân tích xong với đầy đủ thông tin: Tên bệnh nhân, ID hoặc cả hai</p> <p>Ngày kiểm tra</p>	<b>Bộ</b>	<b>01</b>



TT	Tên Trang thiết bị	Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số Kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Thời gian</p> <p>Người thực hiện</p> <p>Màu sắc</p> <p>Độ trong</p> <p>Kết quả</p> <p>Hiển thị lỗi trên màn hình</p> <p>Phương pháp đo quang, với các bước sóng 470 nm, 525 nm, 565 nm, 625 nm, 660 nm và 845 nm</p> <p>Bộ nhớ trong: Cho phép lưu giữ 950 kết quả.</p> <p>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 18 đến 300C; độ ẩm 18 đến 80%.</p> <p>Hoá chất: Có các thanh thử với các thông số khác nhau phù hợp với yêu cầu chuyên môn</p> <p>Khả năng kết nối: Có cổng kết nối với máy tính ngoại vi khi cần.</p> <p>Nguồn điện sử dụng:</p> <p>+ 220VAC/50Hz.</p> <p>+ Có thể dùng pin 6 AA</p> <p><b>Bảo hành, bảo trì:</b></p> <p>Bảo hành: 12 tháng trở lên.</p> <p>Cam kết cung cấp linh phụ kiện và giải quyết sự cố nhanh chóng, hiệu quả.</p> <p>Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.</p>		

